

LICITACIÓN PÚBLICA 06/2022. EXPEDIENTE N° 089/2022

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1/2022

Habiéndose cumplido el plazo para la presentación de consultas y/o aclaraciones al PBCP de la licitación Pública N°06/2022, cuyo objeto es la Provisión de Instrumental y accesorios para el Hospital Rene Favaloro SAMIC en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del PBCP de la mencionada licitación, se emite la presente Circular Aclaratoria, dando respuesta a las consultas que se han presentado por las empresas interesadas, y que a partir de su emisión, comunicación y difusión pasa a formar parte de los documentos licitatorios.


**Consulta 1:** RENGLON 31 "Halo cefálico" ¿Se necesitan 2 de cada medida (pequeño, mediano y grande por un total de 6 o son 6 de cada medida por un total de 18)?

**Respuesta 1:** Son 6 equipos en total de 3 medidas distintas, dos halos cefálicos de cada medida.

Dirección de Administración y Operaciones

Hospital Dr. René Favaloro SAMIC

Rafael Castillo, 17 de mayo de 2022



Lic. Pablo Bellizzi  
Dir. de Administración  
Htal. Dr. René Favaloro SAMIC